



www.BalanceOnLine.it

**BIS S.r.l.**  
Via Trieste, 31  
20080 Bubbiano MI - Italia  
Tel.: +39 02 90834207  
Fax: +39 02 90870542  
e-mail: [info@BalanceOnLine.it](mailto:info@BalanceOnLine.it)  
P.IVA e C.F.: 03774900967

# Sartorius-PHARMACY : **GL623i-1CEU**

**Bilancia "Approvata metricamente"  
per l'uso in Farmacia**

**Offerta speciale :  
1.050,00 €  
Valida fino al 31/12/2017**



- **Portata ..... : 620g**
- **Divisione reale (d) della scala.....: 0,001g**
- Portata ..... " Max " : 620g
- Divisione di lettura ..... "d" : 0,001g
- Divisione di verifica ..... "e" : 0,01 g
- Vetrina di protezione analitica  
contro le correnti d'aria.
- Diametro del piatto di pesata..... : 115 mm

#### Altre caratteristiche:

- **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Programmi applicativi a scelta: Conteggio pezzi, Formulazione totale / netto, Pesata in percentuale, Calcolo per un fattore e Tasto di conversione in altre unità di misura.

### **La bilancia tecnica da laboratorio per l'uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?**

In riferimento alla **Tabella N. 6** della **Farmacopea ufficiale** ( art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm. ) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l'ultimo aggiornamento della Tabella N.6 ( rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04 ) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg ( divisione reale (d) della scala = 0,001 g ) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance , l'una sensibile al mg ( d=0,001g ) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g ( d=0,50g ) della portata di almeno 2 Kg .**

La bilancia, inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera "a" punto "5" che prescrive :

- "lo strumento per pesare" , destinato alla "determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia " deve avere l'Approvazione Metrica Legale CE ( marchio di conformità CE e contrassegno verde " M " attestante l'approvazione Metrica ) .